



## BCIP/NBT 酶底物显色剂

**产品名称:** BCIP/NBT 酶底物显色试剂

**产品编号:** AR-0631 /AR-0632/AR-0633

**产品形式:** 本品为浓缩液。

**试剂盒组成:** A: 浓缩 NBT 显色剂

B: 浓缩 BCIP 显色剂

C: AP 底物缓冲液

### 使用方法:

向 1ml 底物缓冲液 (C) 中分别依次加入浓缩 NBT 显色剂 (A) 6.6 $\mu$ l、浓缩 BCIP 显色剂 (B) 3.3 $\mu$ l, 混匀, 配成 1ml 的工作液。每张切片滴加 2 滴或者 100 $\mu$ l BCIP/NBT 溶液, 显微镜下观察 5~10 分钟, 然后用自来水冲洗。一般来说, 室温下染色时间约为 5 分钟, 最好在显微镜下根据颜色的发展来掌握染色时间。

**染色结果:** 用 BCIP/NBT 显色的结果为蓝紫或蓝黑色。

**保存条件:** 该试剂应于 2~8 $^{\circ}$ C 避光保存。

**有效期:** 6 个月。

**注意事项:** 吸入、口服或与皮肤接触有毒害。使用时千万不要将试剂沾到皮肤或衣物上。

**使用范围:** 本试剂适用于碱性磷酸酶 (AP) 检测系统的组织切片染色, 仅供研究使用。

### 产品信息:

产品编号	产品名称	规格
AR-0631	BCIP/NBT 显色剂	3ml/30 片
AR-0632	BCIP/NBT 显色剂	15ml/150 片
AR-0633	BCIP/NBT 显色剂	50ml/500 片